

ಸಂಖ್ಯೆ: HIMS/SCH/UF/31/2022-23

ದಿನಾಂಕ: 13.09.2022

ಕೊಟೀಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ತ್ರೀಯ ಮಿಣಿಜೆವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ Binocular Microscope ಉಪಕರಣವನ್ನು ವಿರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖ: ಪ್ರಾಥ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಿಣಿಜೆವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಹಿಮ್ಮ್, ಹಾಸನ್. ರವರ
ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 25.08.2022

--*


ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಧಕ ಆಸ್ತ್ರೀಯ ಮಿಣಿಜೆವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ Binocular Microscope ಉಪಕರಣವನ್ನು ವಿರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕೃತ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ /ತಯಾರಕರಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತ್ರೀಯುಳ್ಳವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಘರತ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದು ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ನಮೂನೆ (Format of
Quotations) ಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 27.09.2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆ: 11.30 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಳೆಗಿರು
ತಲುಪುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಾದ್ದು.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ |
|---|--|--------|
| Binocular Clinical Microscope Specifications: | | |
| 1 | Ergonomic and compact design , UIS2 optic system, Built in halogen transmitted illumination system with 6V20W halogen light source revolving quadruple nose piece, Binocular sidentopf , 30 degree inclined head with interpupillary distance and diopter adjustments,Abbe type NA.1.25 condenser with blue filter and objective magnification markers and with high performance aspheric lenses, Plan achromat objectives (4xNA:0.10, WD:22MM/10 x NA:0.25, WD:10.5MM/40 x NA:0.65/WD 0.56MM/ 100 x NA:1.25 WD :0.13MM) , 10 x eye piece (FN:20) eyepiece pair with rubber eye guards and lock in eyepieces,All optical system should be hard coat anti fungal treated, Wire driven rackless mechanical stage, 120 x 132mm with x and y controls , travelling range of around 70 x 30mm and with stage locking mechanism, SMPS based power supply board, related voltage AC 100-240 V, 50/60 Hz , 0.4A, Microscope should be CE, ISO & TUV certified for quality should carry genuine serial number with instruction manual warranty card, calibration certificate and IQ/OQ/PQ certificates, supplied along with dust cover. | 01 No |

ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಘರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

1. ತಾವು ನಮೂದಿಸಿದ ದರವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ ದರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ತಿಸುವ ಹಕ್ಕೆನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಸನ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಸದರಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೀದಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಿಯಮ 1999ರ ಮತ್ತು 2000 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
4. ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಾಣಿ (Registration) ಪ್ರತಿ GST ನೋಂದಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.

6. ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ “Quotation for ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಥಕ ಅಸ್ತ್ರೀಯ ಮಿಳೆಜೆವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ Binocular Microscope ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ”. ಎಂದು ತಪ್ಪದೆ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.


 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷರ,
 ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಥಕ ಅಸ್ತ್ರೀ, ಹಿಮ್ಮ, ಹಾಸನ.


 ೧೩/೯/೨೨

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣತಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಫಾರಞ್ಜಾಗಿ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- 1) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.
- 2) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ರೆ, ಹಾಸನ.
- 3) ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ.
- 4) ಶಾಸಕರ್ಮಾಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ
- 5) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
- 6) ಕನಾರಾ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ.ಹಾಸನ ಶಾಖೆ, ಶ್ರೀ ಕಾಂಪೆಕ್ಸ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಕಾರ್, ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-೫೭೩೨೦೧, ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
- 7) ಸೂಚನಾರ್ಥಕರೆ, ಹಳೆ ಅಸ್ತ್ರೀ, ಹೊಸ ಬೋಥಕ ಅಸ್ತ್ರೀ, ಹಿಮ್ಮ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಲೇಚು, ಹಿಮ್ಮ, ಹಾಸನ.
- 8) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಿಳೆಜೆವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಹಿಮ್ಮ, ಹಾಸನ.